



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Lima, 04 de Dic del 2020

OFICIO CIRCULAR N° 053 -2020-DIGEMID-DICER-UFCVP-AEIE/MINSA

Señores
DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD, GERENCIAS REGIONALES DE SALUD, DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD, HOSPITALES DE LIMA, INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, ESSALUD Y ENTIDADES PRIVADAS
Presente.

Asunto : Evaluación de YER – MED (EQUIPO DE MICROGOTERO CON CÁMARA GRADUADA, Lote 1100558
Referencia : Expediente N° 20-099913-1

De mi consideración:

Me dirijo a usted, a fin de comunicarle en relación al producto: YER – MED (EQUIPO DE MICROGOTERO CON CÁMARA GRADUADA) Bolsa Individual x 01 unidad x 100 mL, lote 1100558, con Registro Sanitario DM0286N, pesquisado en LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C. mediante Acta N° 529-2019 de fecha 31 de julio del 2019, en concordancia con la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios N° 29459.

Al respecto, se hace de su conocimiento que el Lote 1100558 del mencionado producto ha sido analizado por el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud, obteniéndose el siguiente resultado:

- 1. No cumple con la especificación técnica para el ensayo de Funcionabilidad.

Por lo tanto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ha comunicado este resultado al titular del Registro Sanitario y ha dispuesto por medida de seguridad sanitaria que se suspenda la comercialización y/o distribución a nivel nacional mediante la inmovilización del lote 1100558 del producto mencionado.

En tal sentido, sírvase dar cumplimiento a lo dispuesto e informar a esta Dirección, las acciones tomadas al respecto.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
[Firma]
D^{ra} MARISA ANGÉLICA PABÓN BERNAOLA
Directora Ejecutiva
Dirección de Inspección y Certificación

MINISTERIO DE SALUD
DIRIS LIMA ESTE
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
24 AGO. 2021
N° EXP. 29781 N° FOLIOS 01
FIRMA *[Firma]* HORA 12:59

MAPB/ICHC/LCN/lcn