

**UPSS CONSULTA EXTERNA
EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICINA**

OBLIGATORIO AL NIVEL	CANT.	SI	NO	OBSERVACION
Balanza con tallimetro adulto (Puede estar en Triage)				
Biombo de acero inoxidable				
Tacho para residuos sólidos accionada a pedal (02)				
Escalinata metálica				
Escritorio estándar				
Estetoscopio				
Lámpara de examen clínico o alguna fuente de luz				
Martillo de reflejos				
Mesa (diván/camilla) para exámenes y curaciones				
Mesa de acero inoxidable rodable (coche de curaciones)				
Negatoscopio				
Pantoscopio				
Silla metálica (mínimo 2)				
Tensiómetro				
Vitrina de acero o equivalente				
Cuenta con Plan de mantenimiento preventivo recuperativo de equipos (cronograma, constancias operatividad)				

ORGANIZACIÓN – CONSULTORIO DE MEDICINA

ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACION
Horas de atención (verificar publicación de horario de atención)			
Se cuenta programado en forma mensual el horario de atención del / los profesional(es) de salud de consulta externa.			

POR DIRIS LE / MINSA	POR EL EESS

CAPACIDAD RESOLUTIVA - CONSULTORIO MEDICINA

ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACION
Cuenta con Guías de Prácticas Clínicas de las principales morbilidades de atención.			

RECURSO HUMANO SERVICIO MEDICINA

RECURSO HUMANO	CANTIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
MEDICO CIRUJANO (Debe tener un currículum vitae con copia de título profesional, colegiatura y habilidad profesional vigente)				

INFRAESTRUCTURA SERVICIO MEDICINA

AREAS OBLIGATORIAS	SI	NO	OBSERVACION
AREA PARA ATENCION CLINICA			
LAVAMANOS			
CON VENTILACION			
CON ILUMINACION			


POR DIRIS LE / MINSA	POR EL EESS

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DEL ESTABLECIMIENTO
 (ACTA DE CATEGORIZACION N° - 2019 DMGS/DIRIS LE/MINSA)

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS	SI	NO	OBSERVACION
Registra las atenciones en la Historias Clínicas.			
Desinfección y esterilización (cuenta con manual de bioseguridad)			
Salud ambiental (Gestión de residuos sólidos biocontaminados: Plan de manejo residuos sólidos, recolección y eliminación - cuenta con contrato EPS-RS; área de limpieza y residuos sólidos)			
Referencias y contrareferencia (Directorio de referencia)			
Atención de urgencias y emergencias			
Salud Ocupacional (equipo de protección personal: guantes, mascarilla)			

POR DIRIS LE / MINSA	POR EL EESS

CONSULTORIO DE MEDICINA



AREAS Y AMBIENTES:

Las Áreas de un consultorio de Medicina: **Sala de espera – recepción, Consultorio de Medicina, Área de residuos sólidos, área de limpieza y SSHH para público.**

El área del consultorio de medicina es de 13.50 m² (no incluye SSHH público).

ACABADOS:

Se debe considerar piso antideslizante y de fácil limpieza (no madera) en todos los ambientes.

Zócalo: 2.0mt en residuos sólidos; 1.5mt en cuarto de limpieza y SSHH.

Contrazócalo: 0.10mt en consultorio.

Todos los consultorios deben tener lavamanos.

ILUMINACION Y VENTILACION:

De no contar con una adecuada ventilación natural los ambientes se debe optar por inyección y extracción de aire.

Debe contar con una adecuada iluminación artificial.

OTROS:

En el establecimiento se debe considerar la siguiente señalización: Salidas de Emergencia, Zona Segura, No Fumar, Silencio.

El EESS debe contar con Buzón de Sugerencia, Libro de Reclamaciones, Extintor.