



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Centro Nacional
de Salud Pública

"Año del Bicentenario, de la consolidación de
nuestra Independencia, y de
la conmemoración de las Heroicas Batallas de
Junín y Ayacucho"

Presidencia Ejecutiva
Cápac Yupanqui N° 1400
Jesús María - Lima 11
Central: 748-1100
Teléfono: 748-0000
postmaster@ins.gob.pe
Web: www.ins.gob.pe

Lima, 09 MAYO 2024

OFICIO CIRCULAR N° 43 - 2024-D-CNSP/INS

Centro Nacional
de Salud Pública
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos
Central: 748-0000
Teléfono: 748-1111
e-mail: cnsp@ins.gob.pe

Médico Cirujano
CARLOS IVÁN LEÓN GÓMEZ
Director General
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este
Presente. –

Centro Nacional de
Alimentación, Nutrición y
Vida Saludable
Tizón y Bueno N° 276
Jesús María - Lima 11
Central: 748-0000
Teléfono: 748-1111
e-mail: cenan@ins.gob.pe

Laboratorio : Laboratorio Referencial de Salud Pública
Asunto : Informe de Resultados de la Evaluación Externa del
Desempeño 2023 – Panel de Láminas de baciloscopia.

Centro Nacional de Control
de Calidad
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos
- Lima 9
Central: 748-0000
Teléfono: 748-1111
e-mail: cncc@ins.gob.pe

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a través del presente documento, remitir el Informe de Resultados de la Evaluación Externa del Desempeño 2023 – Panel de láminas de baciloscopia, el cual ha sido elaborado por el personal del Laboratorio de Micobacterias del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud.

Centro Nacional de
Producción
y Bienes Estratégicos de
Salud
Pública
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos
- Lima 9
Central: 748-0000
Teléfono: 748-1111
e-mail: cnpb@ins.gob.pe

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

LUIS FERNANDO DONAIRES TOSCANO
Director
Centro Nacional de Salud Pública
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Centro Nacional de
Investigación
Social e Interculturalidad en
Salud
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos
- Lima 9
Central: 748-0000
Teléfono: 748-1111
e-mail: censi@ins.gob.pe

Folios:

Centro Nacional de Salud
Ocupacional y Protección
del
Ambiente para la Salud
Las Amapolas N° 350
Lince - Lima 14
Central: 748-0000
Teléfono: 748-1111
e-mail:
censopas@ins.gob.pe

LFDT/OREM/iall
Reg. N° 9982-2024

Oficina de Administración
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos
- Lima 9
Central: 748-0000
Teléfono: 748-1111
e-mail: oga@ins.gob.pe





Evaluación Externa de la Calidad 2023 – Panel de Láminas de Baciloscopia.
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública – Componente Tuberculosis
Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias (LRNM)
Instituto Nacional de Salud (INS).

Laboratorio participante:	Laboratorio de Referencia en Salud Pública DIRIS Lima Este
Código del panel:	PEED BK - 41
Fecha de recepción del panel:	18-03-24
Fecha de envío de resultados al LRNM:	21-03-24
Nombre del personal evaluado.	Dante Ronald Acuña Narva

Panel sin colorear

Código	Resultados reportados por el laboratorio evaluado	Resultados de acuerdo a lo obtenido por el Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias - INS	Tipo de error (*)	Puntaje
LRNM655	NEGATIVO	NEGATIVO	-	10
LRNM656	3+	3+	-	10
LRNM657	NEGATIVO	NEGATIVO	-	10
LRNM658	PAUCIBAILAR	PAUCIBACILAR	-	10
LRNM659	NEGATIVO	NEGATIVO	-	10
LRNM660	1+	1+	-	10
LRNM661	PAUCIBACILAR	PAUCIBACILAR	-	10
LRNM662	2+	2+	-	10
LRNM663	NEGATIVO	NEGATIVO	-	10
LRNM664	PAUCIBACILAR	PAUCIBACILAR	-	10

(*) FPA: Falso positivo alto; FNA: Falso negativo alto; FPB: Falso positivo bajo; FNB: Falso negativo bajo; EC: Error de cuantificación.

Número de Discordancias:

ERROR MAYOR		ERROR MENOR		
FPA	FNA	FPB	FNB	EC
0	0	0	0	0

Puntaje obtenido: 100

Conclusiones:

No se registraron discordancias de resultados en la evaluación de paneles de láminas de baciloscopia.



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la
Commemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

De acuerdo a las consideraciones precedentes, el Laboratorio de Referencia en Salud Pública DIRIS Lima Este, ha demostrado en la evaluación de panel de láminas, calidad **ACEPTABLE** con un puntaje de 100/100.

Reciban nuestras felicitaciones por el resultado obtenido en la presente evaluación y por su disposición para que juntos logremos trabajar con calidad en el diagnóstico de la tuberculosis.

Dra. Blga. Zully Puyén Guerra
Responsable

Lab. Ref. Nacional de Micobacterias.



**Sistema de evaluación para la determinación del puntaje obtenido para el panel de
baciloscopia enviados en el PEED.**

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTAJE
Identificar correctamente un extendido negativo (0 BAAR/100 campos)	10
Identificar y cuantificar correctamente un extendido como positivo o paucibacilar.	10
Se identifica un error falso negativo bajo o falso positivo bajo.	05
Se identifica una lámina positiva con error de cuantificación.	05
Se identifica un falso positivo alto o falso negativo alto.	00
Resultado máximo	100
Resultado mínimo aprobatorio	80
Resultado desaprobatorio	Menor a 80