



FORMULARIO

FOR-CNSP-640

REPORTE DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO (PEED) PARA EL RECUENTO DE LINFOCITOS T

Edición N° 01

PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO PARA EL RECUENTO DE LINFOCITOS T

N° de Evaluación : 2023-2

Año : 2023

Laboratorio participante : Laboratorio de Referencia DIRIS Lima Este
Codigo de identificación : NCV032
Plataforma : FACSVia
Responsable del PEED : T.M. Daniel Santos Anaya
Correo electrónico : dsantos@ins.gob.pe

Resultados :

1.- Gestión de reporte :

Gestión		Puntaje	Resultado
Reporte completo	SI	1	SATISFACTORIO PARCIALMENTE
Reporte oportuno	NO	0	
Puntaje Total		1	

2.- Por analito :

Analito	Panel	Valor reportado	Media grupal	D.S. grupal	Total lab.	Tu S.D.I.	Resultado
CD4	Normal	912	866	52.20	23	0.88	Aceptable
	Bajo	120	152	65.65	23	-0.50	Aceptable
CD8	Normal	455	452	25.15	19	0.13	Aceptable
	Bajo	570	562	20.99	18	0.37	Aceptable
CD3	Normal	1414	1381	61.06	19	0.54	Aceptable
	Bajo	763	774	81.14	19	-0.14	Aceptable

Analito	Código de Lab.	Plataforma	Resultados				Resultado
			# Aceptable	Total	Score	%	
CD4	NCV032	FACSVia	2	2	2/2	100	SATISFACTORIO
CD8	NCV032	FACSVia	2	2	2/2	100	SATISFACTORIO
CD3	NCV032	FACSVia	2	2	2/2	100	SATISFACTORIO



FORMULARIO

FOR-CNSP-640

REPORTE DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO (PEED) PARA EL RECUESTO DE LINFOCITOS T

Edición N° 01

Criterio de evaluación :

1.- Gestion del reporte :

Reporte	0 puntos	1 punto
Idoneidad	Solo formulario de respuestas	Formulario de respuestas y resultados de las replicas
Oportunidad	Reporte posterior al primer cierre	Reporte hasta el primer cierre

Puntaje total	Resultado
0	INSATISFACTORIO
1	SATISFACTORIO PARCIALMENTE
2	SATISFACTORIO

2.- Por analito :

Valor del Indice de desviacion estandar								
< -3	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	> +3
		Aceptable						
	Límite						Límite	
No Aceptable								No Aceptable

# Aceptable	Total	Score	%	Resultado
0	2	0/2	0	INSATISFACTORIO
1	2	1/2	50	SATISFACTORIO PARCIALMENTE
2	2	2/2	100	SATISFACTORIO

Firma del evaluador del PEED:

Firma del responsable LRN VTS - INS

T.M. Daniel Santos Anaya



Blga. Maribel Acuña Barrios