



FORMULARIO

FOR-CNSP-640

REPORTE DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO (PEED) PARA EL RECUENTO DE LINFOCITOS T

Edición N° 01

PROGRAMA DE ENSAYOS INTERLABORATORIO PARA EL RECUENTO DE LINFOCITOS T

N° de Evaluación : 4 Período : 2024-2025

Laboratorio participante : Laboratorio de Referencia DIRIS Lima Este
Código de identificación : NCV032
Plataforma : FACSVia
Responsable del PEED : T.M. Daniel Santos Anaya
Correo electrónico : dsantos@ins.gob.pe

Resultados :

1.- Gestión de reporte :

| Gestión | | Puntaje | Resultado |
|----------------------|----|----------|----------------------------|
| Reporte completo | SI | 1 | SATISFACTORIO PARCIALMENTE |
| Reporte oportuno | NO | 0 | |
| Puntaje Total | | 1 | |

2.- Por analito :

| Analito | Panel | Valor reportado | Media grupal | D.S. grupal | Total lab. | Tu S.D.I. | Resultado |
|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| CD4 | Normal | 792 | 787 | 47.57 | 29 | 0.09 | Aceptable |
| | Bajo | 128 | 131 | 31.96 | 29 | -0.08 | Aceptable |
| CD8 | Normal | 500 | 465 | 24.72 | 25 | 1.41 | Aceptable |
| | Bajo | 585 | 584 | 30.24 | 25 | 0.02 | Aceptable |
| CD3 | Normal | 1355 | 1320 | 68.36 | 25 | 0.51 | Aceptable |
| | Bajo | 803 | 801 | 36.37 | 25 | 0.05 | Aceptable |

| Analito | Código de Lab. | Plataforma | Resultados | | | | Resultado |
|---------|----------------|------------|-------------|-------|-------|-----|---------------|
| | | | # Aceptable | Total | Score | % | |
| CD4 | NCV032 | FACSVia | 2 | 2 | 2/2 | 100 | SATISFACTORIO |
| CD8 | NCV032 | FACSVia | 2 | 2 | 2/2 | 100 | SATISFACTORIO |
| CD3 | NCV032 | FACSVia | 2 | 2 | 2/2 | 100 | SATISFACTORIO |



FORMULARIO

FOR-CNSP-640

REPORTE DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO (PEED) PARA EL RECUESTO DE LINFOCITOS T

Edición N° 01

Criterio de evaluación :

1.- Gestion del reporte :

| Reporte | 0 puntos | 1 punto |
|-------------|------------------------------------|---|
| Idoneidad | Solo formulario de respuestas | Formulario de respuestas y resultados de las replicas |
| Oportunidad | Reporte posterior al primer cierre | Reporte hasta el primer cierre |

| Puntaje total | Resultado |
|---------------|----------------------------|
| 0 | INSATISFACTORIO |
| 1 | SATISFACTORIO PARCIALMENTE |
| 2 | SATISFACTORIO |

2.- Por analito :

| Valor del Indice de desviacion estandar | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----|---|----|----|--------|--------------|
| < -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | > +3 |
| | | Aceptable | | | | | | |
| | Límite | | | | | | Límite | |
| No Aceptable | | | | | | | | No Aceptable |

| # Aceptable | Total | Score | % | Resultado |
|-------------|-------|-------|-----|----------------------------|
| 0 | 2 | 0/2 | 0 | INSATISFACTORIO |
| 1 | 2 | 1/2 | 50 | SATISFACTORIO PARCIALMENTE |
| 2 | 2 | 2/2 | 100 | SATISFACTORIO |

Firma del evaluador del PEED:

Firma del responsable LRN VTS - INS

T.M. Daniel Santos Anaya



Blga. Maribel Acuña Barrios